

Informacja o wynikach kontroli planowej (prawidłowości) podmiotu leczniczego

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **PRO-LAK Małgorzata Bojanowska, ul. St. Kardynała Wyszyńskiego 20, 87-140 Chełmża** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan faktyczny w dniu kontroli

Przedmiot kontroli: ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 15.05.2019 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000202967.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, co jest zgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
3. Kierownik podmiotu przedstawił do wglądu prowadzone karty techniczne (paszporty techniczne) dla 9 aparatów z ww. wykazu. Dla lampy bakteriobójczej w gabinecie stomatologicznym przy ul. Hallera 21 brak założonego paszportu. Powyższe jest niezgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175), zgodnie z którym Podmiot jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne).
4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 7 stycznia 2019 r., znak: NHK.9011.2.1.2019 L.dz. 118 kontrolowany podmiot leczniczy w Chełmży spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 ze zm.).
5. Kierownik Podmiotu ustalił regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednakże wymaga on korekty i uzupełnienia.
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, posiadające aktualne zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określone w odrębnych przepisach.
7. Informacja z numerem bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta udostępniona jest w miejscu ogólnodostępnym (w poczekalniach).

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia **pozytywna z uchybieniami**.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Założyć paszport techniczny dla lampy bakteriobójczej i podawać ją przeglądowi.
2. Uzupełnić zapisy regulaminu organizacyjnego w oparciu o art. 24 ustawy o działalności leczniczej i dokonać jego korekty.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego